

Република Србија Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-5445/6
Ниш 10.06.2016.

Комисија за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности , **JN 11/16 - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

Предмет: Питања односно додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда одговори Комисије

ПИТАЊЕ 1

Poštovani,
Zamolili bismo vas da nam pojasnite sledeće vezano za javnu nabavku
Laboratorijski potrošni materijal, JN 11/16

Partija 4, stavka 7
Da li je prihvatljivo da dijametar bude 30mm?

Одговор Комисије:

Прихватљиво је да дијаметар буде 30 mm

ПИТАЊЕ 2

Poštovani,

Molimo vas da nam pojasnite sledeće vezano za javnu nabavku 11/2016

U partiji 3 stavke 11, 13, 28 i 29 može da ponudi samo jedna firma u Srbiji. Molimo vas da navedene stavke izdvojite kao posebna partija kako bi veći broj ponuđača učestvovao u postupku javne nabavke

molimo vas za potvrdu prijema mejla

Одговор Комисије:

Комисија је става да није потребно издвајати наведене ставке у посебну партију на начин какото тражи понуђач. Став Комисије је да наведене ставке припадају Партији 3 - потрошни материјал за молекуларну биологију. Према искуству из претходних набавки ове ставке су набављане у оквиру наведене партије и јављао

се већи број понуђача. Комисија подсећа понуђаче да постоји могућност учествовања на тендеру са подизвођачем.

ПИТАЊЕ 3

Poštovani,

Molimo Vas za dodatne informacije u vezi dole nevedene stavke:

Partija 1

Stavka br.135 – Da se ove kadice koriste za ploče dimenzija 10x10cm I da li je prihvatljivo ponuditi kadice dimenzija 120x64x115mm?

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog email-a.

Одговор Комисије:

Кадике се користе за плоче димензија 76x26 мм и нису прихватљиве кадице димензија 120x64x115 мм

Комисија за јавну набавку 11/16