

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-5480/6-1
Ниш, 26.06.2017.

**Комисија за јавну набавку добара
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ИНТЕРНИХ
ПРОЈЕКТА, ЈН БР. 06/17**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач је 23.06.2017. у 15:54 часова доставио захтев следеће садржине:

„ Poštovani, molimo vas da nam pojasnite sledeće vezano za JN 06/17

Partija 17

Da li je prihvatljivo da fi taženog filtera bude 15mm? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама "Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Прихватљиво је да фи траженог филтера буде 15 mm.

У том смислу **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - Лабораторијски потрошни материјал за потребе интерних пројеката, ЈН 06/17, у поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) за **ПАРТИЈУ 17 - Шприц филтери** тако што се уместо текста „13 mm “ уписује текст „**од 13 до 15 mm**“ тако да након извршене измене гласи: „**Syringe Filters Regenerated Cellulose, од 13 до 15 mm, 0,22 µm за LC/MS**“

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ