

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9844/9
Ниш, 30.09.2019.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијска опрема, медицинска опрема, апарати и делови за потребе научних
пројеката, ЈН 15/19**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је дана 27.09.2019. године доставио питање следеће садржине:

„Poštovani,

Potrebno nam je pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 15/19 za partiju 1 - vorteks mikser. U konkursnoj dokumentaciji nije najavljeno da li su Vam potrebni uz vorteks mikser adapteri pa nas interesuje da li u ponudjenu cenu ulazi cena adaptera ili Vam je potreban samo vorteks mikser?“

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1

За Партију 1 није потребно понудити адаптере већ само Вортекс миксер са подесивом брзином мешања. Самим тим у понуђену цену улази само Вортекс миксер, без адаптера. У супротном бисмо то и нагласили у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је 27.09.2019. године доставио питање следеће садржине:

Poštovani

Molim Vas za odgovor:

Da li je u dole navedenom tehničkoj specifikaciji pravilno definisan nastavak za automatsku pipetu 0,5-1ul do 10 ul?

- за Партију 2 ставка 6 уместо речи „ Сет од 3 пипете (од 100 до 1000 µl, од 10 до 100 µl, од 0,5 до 10 µl) уписују речи:

Сет од 3 пипете опсега од 0,5 -1 µl до 10 µl, од 10 до 100 µl, од 100 до 1000 µl

Опис пипета

Једноканална пипета, варијабилне запремине 0,5 -1 µl до 10 µl

Подеок 0.01 µl

Нетачност на мах запремини <1.0%

Непрецизност на мах запремини < 0.7%

Компатибилна са наставцима 200 µl

Одвојено дугме за избацивање наставака

Отпорна на УВ светло, аутоклавибилна

Подесиви врх за све типове наставака

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2

Правилно је дефинисан наставак за аутоматску пипету. Доња граница тражене пипете је 0,5 – 0,1 ul а горња граница је 10 ul.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић