

Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-9930/7
Ниш, 30.09.2019.

**Комисија за јавну набавку добара
Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе, ЈН 16/19**

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ 1

Потенцијални понуђач је 27.09.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„ Poštovani,

Molimo Vas za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za JN 16/19.

Za partiju 1

Stavka 22 S obzirom da niste naveli u odgovorima kataloški broj I sliku traženog artikla molimo Vas da nam objasnite o kakvom perkolatoru se radi,ko je proizvođač kako bismo mogli da ponudimo adekvatan artikal I kako biste omogućili većem broju ponadača da učestvuje za datu partiju poštujući načela javne nabavke.

Za partiju 4

Stavka 2 Da li je prihvatljivo ponuditi čepove dimenzija 12x16x20mm?

Stavka 3 Da li je prihvatljivo ponuditi čepove dimenzija 13x18x22mm?

Stavka 4 Da li je prihvatljivo ponuditi čepove dimenzija 21x30x29mm?

Stavka 5 Da li je prihvatljivo ponuditi crevo dimenzija fi8x12mm?

Stavka 9 Da li je prihvatljivo ponuditi čepove dimenzija 16x23x26mm?

Za partiju 6

Stavka 1 Da li je glaziran ili neglaziran?Da li je prihvatljivo ponuditi avan fi 83mm?

Stavka 2 Da li je prihvatljivo ponuditi levak fi 51mm?

Stavka 9 Da li je prihvatljivo ponuditi posudu za uparavanje fi 80mm?

Stavka 13 Da li je prihvatljivo ponuditi tarionik zapremine 300ml ?

Za partiju 7

Stavka 8 Da li je prihvatljivo ponuditi kapalicu zapremine 120ml?

Za partiju 8

Stavka 1 Sa kojom slavinom ponuditi birete PTFE ili staklena?

Za partiju 9

Stavka 1 Da li je prihvatljivo ponuditi 60ml?

Stavka 7 Da li je prihvatljivo ponuditi 50x35mm?

Stavka 8 Da li je prihvatljivo ponuditi 80ml?

Stavke 26-29 U odgovorima ste naveli da se radi o običnim staklenim levkovima koji se ne rade u tako velikim zapreminama nego su definisani prečnikom u rasponu od fi25-fi150mm. Levkovi po Buchneru se rade u zapreminama od 80,200,500,1000ml. Da li je prihvatljivo ponuditi zapreminu navedenih levkova? Stavka 49 Da li je prihvatljivo ponuditi kapalicu zapremine 120ml Stavke 56-66 Dali je prihvatljivo ponuditi čaše sa odstupanjima $\pm 2-3$ mm u prečniku i visini istih? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 1

Партија 1, ставка бр. 22. - Брише се навредено добро из Обрасца 2.

Партија 4, ставка бр. 2. Прихватљиво је.

Партија 4, ставка бр. 3. Прихватљиво је.

Партија 4, ставка бр. 4. Није прихватљиво.

Партија 4, ставка бр. 5. Прихватљиво је уколико је цево могуће монтирати на стандардни Liebig-ov (ili Ahlin-ov) 29/32 кондензатор са стакленим прикључцима

Партија 4, ставка бр. 9. Прихватљиво је.

Партија 6, ставка бр. 1. Прихватљив је порцелански аван, глазирани, пречника 80-90mm, са тучком.

Партија 6, ставка бр. 2. Прихватљиво је.

Партија 6, ставка бр. 9. Прихватљиво је.

Партија 6, ставка бр. 13. Прихватљиво је.

Партија 7, ставка бр. 8. Није прихватљиво

Партија 8, ставка бр. 1. бирета са PTFE славином

Партија 9, ставка бр. 1. Наручилац је већ дао одговор на ово питање изменом конкурсне документације и у питањима и одговорима објављеним 27.09.2019.

Партија 9, ставка бр. 7. Наручилац је већ дао одговор на ово питање изменом конкурсне документације и у питањима и одговорима објављеним 27.09.2019.

Партија 9, ставка бр. 8. Није прихватљиво.

Партија 9, ставка бр. 26. Захтева се Левак стаклени, fi66

Партија 9, ставка бр. 27. Захтева се Левак стаклени, fi120

Партија 9, ставка бр. 28. Захтева се Левак стаклени, fi100

Партија 9, ставка бр. 29. Захтева се Левак стаклени, fi150

Партија 9, ставка бр. 49. Наручилац је већ дао одговор на ово питање изменом конкурсне документације и у питањима и одговорима објављеним 27.09.2019.

Партија 9, ставка бр. 56-64. Прихватљиво је одступање у пречнику и висини од $\pm 5\%$, уколико су запреmine одговарајуће . За добра под редним бр. 65. и 66. нису захтеване димензије.

ПИТАЊЕ 2

Потенцијални понуђач је 30.09.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„Molim za pojašnjenje sledećih stavki partije 7 JN 16/19 Laboratorijski i medicinski potrošni materijal za potrebe nastave:

- st. 8- da li mislite na kapalicu kao deo boce (pipetu), i u tom slučaju molim za dužinu kapalice/pipete i veličinu šlifa, s obzirom da se dimenzije boca zalikuju od proizvođače do proizvođača

- st. 11- da li mislite na lulu za prihvatanje destilata koji izlazi iz kondenzatora?
- st. 12- s obzorom da postoji posebna stavka lule za kondenzator, na šta mislite pod "lulicama za aparaturu za destilaciju" "

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 2

Партија 7, ставка бр. 8. Капалица/пипета одговарајућа за реагенс боцу UG са шлифом и запремине 100ml, са ширим делом шлифа 12mm и 10mm ужим делом шлифа и дужином цеви 75mm ± 5% од краја шлифа до врха пипете.

Партија 7, ставка бр. 11. Да, мисли се на за кондензаторе са шлифом NS 29/32.

Партија 7, ставка бр. 12. Захтева се лула за кондензаторе са шлифом NS 29/32

ПИТАЊЕ 3

Потенцијални понуђач је 30.09.2019. године доставио захтев следеће садржине:

„ Molim za pojašnjenje sledećih stavki **partije 9** JN 16/19 Laboratorijski i medicinski potrošni materijal za potrebe nastave:

- St. 55- Ovo su neuobičajene dimenzije za hromatografsku kadicu. Ako su date u cm, u pitanju je velika kada. U slučaju da već imate takvu, molimo za naziv proizvođača ili kataloški broj, kako bismo bili u mogućnosti da ponudimo adekvatno dobro
- St. 67- Da li je prihvatljivo ponuditi posudu za kristalizaciju zapremine 0,28 l? “

У вези с тим, поступајући по чл.63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15,68/15), Комисија даје следећи

ОДГОВОР 3

Партија 9, ставка бр. 55. Захтева се: Хроматографске кадице по Hellendahl-у, за стакла 76x26mm, са поклопцем, приближних димензија 105x60x55mm

Партија 9, ставка бр. 67. Прихватљиво је.

У вези са постављеним питањем **МЕЊА СЕ** Конкурсна документација за јавну набавку добара - **Лабораторијски и медицински потрошни материјал за потребе наставе**, ЈН 16/19, у поглављу VI Обрасци који чине саставни део понуде, у делу **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** (Образац 2) за **ПАРТИЈЕ 1, 4, 6, 7, 8 и 9**.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Андрија Шмелцеровић